**Positive**

## MS Spectrum




**Sample Information**

| | |
|---|---|
| **User** | **:xu** |
| **Date Acquired** | **: 2008-1-28 13:04:50** |
| **Sample Name** | **:Synthde 2** |
| **Cat No.** | **: RP10322** |
| **Lot No.** | **: CB03801** |
| **Injection Volum** | **: 1.000μL** |
| **Theoretical MW** | **:4289.78** |
| **Observed MW** | **:4288.65** |

| | |
|---|---|
| **Interface** | **:ESI** |
| **Nebulizing Gas Flow** | **:1.50 L/min** |
| **CDL Temp** | **: 250℃** |
| **CDL Volt** | **: -25.0V** |
| **Block Temp** | **: 200℃** |

| | |
|---|---|
| **Prerod Bias** | **:+4.5kv** |
| **Detector** | **:1.5kv** |
| **T.Flow** | **: 0.2ml/min** |
| **B.conc** | **: 50%H2O/50%MeOH** |